

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2019-179	PS/SSH/51380
PRODUCTO	
<ul style="list-style-type: none"> Fresas dentales NobelReplace (fresas cónicas, fresas de hueso denso, formadoras de rosca) Fresas iniciales guiadas/los avellanadores y los avellanadores guiados de NobelReplace Instrumentos de rescate de implantes e instrumentos de rescate de tornillos de pilar. <p>Ver referencias afectadas en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa</p>	
Nº LOTE	
Ver números de lote afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE	
Nobel Biocare AB, Suecia.	
DISTRIBUIDOR	
Nobel Biocare Ibérica S.A., Josep Pla 2, Torre B2, planta 9, 08019 Barcelona.	
ASUNTO	
Cese de la utilización y retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de fresas dentales, avellanadores e instrumentos de rescate de implantes y de tornillos de pilar dental, debido a un problema en el proceso de sellado de los envases por lo que no se puede garantizar la esterilidad de los productos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS	
<ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa. 	

