

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-090	REFERENCIA PS/RJC/90442
PRODUCTO Oral-Eze Collection Device (500 unidades/caja), referencia 96100-500.	
FINALIDAD PREVISTA Utilizado para recoger, encerrar en un recipiente y conservar muestras de fluidos orales después de su recogida y durante el transporte desde el lugar de recogida hasta el laboratorio.	
Nº LOTE 74362894	
FABRICANTE Microgenics Corporation, (parte de Thermo Fisher Scientific), EEUU.	
DISTRIBUIDOR Thermo Fisher Diagnostics S.L.U., CTRA. De Hospitalet, 147-149 - Cityparck Edificio Londres 3 Planta, 08940 Cornellà De Llobregat, Barcelona, España.	
ASUNTO Cese de utilización y advertencias de seguridad relacionadas con el lote 74362894 del sistema de recogida de líquidos bucales Oral-Eze, debido a un error en la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del producto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	

